


シカジーニアス® PCR & ゲルプレップキット

実験を行う前に…

- ・初回使用時に規定量のエタノールを③Buffer NWに加えて下さい。
- ・①Buffer PB、②Buffer GBに沈殿が生じた場合には50℃でインキュベートし、沈殿をよく溶かしてからご使用下さい。

操作方法

PCR産物の場合



アガロースゲルの場合

